For better dentistry

DENTSPLY

AIRBLOCK™

Gel for the prevention of an oxygen inhibited layer

Gel zur Verhinderung der Sauerstoffinhibitions-schicht

Gel prévenant la formation d'une couche superficielle inhibée par l'oxygène

Gel per prevenire la formazione di uno strato di ossigeno

Gel para prevenir la capa inhibida por oxigeno

Directions for Use 2

Gebrauchsanweisung 4

Mode d'emploi 6

Istruzioni per l'uso 8

Instrucciones de uso 10

AIRBLOCK™

Gel for the prevention of an oxygen inhibited layer

Caution: For dental use only. **In the USA:** Rx only

1 Product description

AIRBLOCK™ is a gel which is light transmitting but impermeable to air. It allows the complete curing of the composite material including the surface layer. Thus AIRBLOCK improves the surface quality and simplifies the finishing procedure.

When curing composite materials a layer of un-polymerized material remains on those surfaces which are not covered by matrices and therefore come into contact with oxygen. This so called oxygen inhibited layer can be prevented or reduced by the application of AIRBLOCK.

1.1 Delivery forms

AIRBLOCK is available in Syringes with disposable LuerLock type applicator tips.

1.2 Composition

- Glycerin
- Highly dispersed silicone dioxide
- Surfactant (dimethicone copolyol)

1.3 Indications for use

- For prevention or reduction of the oxygen inhibition layer on the surface of direct composite fillings, fissure sealants
- For prevention or reduction of the oxygen inhibition layer on the surface of the margins of indirect restorations

1.4 Contraindications

- None

2 General safety notes

Be aware of the following general safety notes and the special safety notes in other chapters of these directions for use.

2.1 Warnings

- Avoid contact with eyes. If accidental contact with the eyes occurs, immediately rinse with plenty of water.
- AIRBLOCK gel should extrude easily: DO NOT USE EXCESSIVE FORCE.
- Replace original cap of AIRBLOCK tightly after each use to avoid evaporation.
- Discard LuerLock type applicator tip after use, as the LuerLock applicator tip may clog if gel is allowed to dry inside.
- Make sure the LuerLock type applicator tip is securely fastened to the syringe prior to application of AIRBLOCK.

2.2 Precautions

- This product is intended to be used only as specifically outlined in the Directions for Use. Any use of this product inconsistent with the directions for use is at the discretion and sole responsibility of the dental practitioner.

- Wear protective glasses. Protective glasses are also recommended for patients.
- The LuerLock applicator tip is for single use only. Do not reuse after intraoral application in order to prevent cross contamination and discard.

2.3 Storage conditions

Inadequate storage conditions may shorten the shelf life and may lead to malfunction of the product.

- Store at temperatures between +4 °C and +28 °C.
- Keep the product out of sunlight.
- Do not use after expiration date.

All products should be used at room temperature. Allow sufficient warm-up time if product was stored in a refrigerator.

2.4 Adverse reactions

- None known

3 Step-by-step instructions

3.1 Application of AIRBLOCK

1. Remove cap from syringe.
2. Mount new LuerLock type applicator tip.
3. Drip AIRBLOCK from the application syringe onto the surface of which the oxygen inhibition layer should be prevented.
4. Light cure composite through the gel using a dental polymerisation light. If using auto-curing products leave gel on the surface until the material has set.
5. After polymerisation of the composite remove the gel by means of suction and air-water-spray.
6. After treatment discard the LuerLock type applicator tip.
7. Remove protective barrier and/or disinfect syringe.
8. Close syringe with cap.

4 Hygiene

To prevent AIRBLOCK syringes from exposure to spatter or spray of body fluids or contaminated hands, or oral tissues, use of a protective barrier is recommended to avoid syringe contamination. Repeated disinfection may damage label. Do not attempt to clean, disinfect or re-use LuerLock type applicator tips. Properly dispose used LuerLock type applicator tips.

Do not clean, disinfect or re-use plastic application canulas.
Properly dispose used plastic application canulas.

Dispose of the product in accordance with the local regulations.

5 Lot number (LOT) and expiration date ( )

1. Do not use after expiration date. ISO standard is used: “YYYY/MM”.
2. The following numbers should be quoted in all correspondence:
   - Reorder Number
   - Lot number
   - Expiration date

© DENTSPLY 2009-03-17

AIRBLOCK™

Gel for the prevention of an oxygen inhibited layer

Achtung: Nur für den zahnärztlichen Gebrauch.

1 Produktbeschreibung

AIRBLOCK™ ist ein lichtdurchlässiges Gel, welches jedoch für Luft undurchlässig ist. Es erlaubt eine vollständige Aushärtung des Kompositmaterials inklusive der oberflächlichen Schicht. AIRBLOCK steigert dadurch die Oberflächenqualität und vereinfacht die Politur.

Beim Aushärten von Kompositmaterialien bleibt an Oberflächen, welche nicht durch Matrizen abgedeckt und damit mit dem Luftsauerstoff in Berührung kommen, eine Schicht unpolymerisierten Materials bestehen. Diese so genannte Sauerstoffinhibitionsschicht kann durch die Applikation von AIRBLOCK™ verhindert oder reduziert werden.

1.1 Darreichungsform

AIRBLOCK ist in Spritzen mit Einwegkanülen (Typ LuerLock) erhältlich.

1.2 Zusammensetzung

- Glyzerin
- Silikondioxid
- Oberflächenaktive Substanz (dimethicone copolyol)

1.3 Indikationen

- Zur Verhinderung oder Reduktion der Sauerstoffinhibitionsschicht auf der Oberfläche von direkten Kompositfüllungen und Fissurenversieglern.
- Zur Verhinderung oder Reduktion der Sauerstoffinhibitionsschicht auf der Oberfläche der Ränder von indirekten Restaurationen.

1.4 Kontraindikationen

- Keine

2 Allgemeine Sicherheitshinweise

Bitte beachten Sie die folgenden allgemeinen Sicherheitshinweise und die speziellen Sicherheitshinweise der anderen Kapitel dieser Gebrauchsanweisung.

2.1 Warnhinweise

- Vermeiden Sie Augenkontakt. Bei versehentlichem Augenkontakt sofort mit viel Wasser spülen.
- AIRBLOCK Gel sollte leicht auszubringen sein: KEINE ÜBERMÄSSIGE KRAFT ANWENDEN.
- Direkt nach jedem Gebrauch die Originalkappe wieder aufsetzen, um Austrocknung zu verhindern.
- Entsorgen Sie die Einwegkanüle nach dem Gebrauch, denn sie kann durch austrocknendes Gel verstopfen.
- Achten Sie vor dem Gebrauch von AIRBLOCK darauf, dass die Kanüle sicher auf der Spritze befestigt ist.

2.2 Vorsichtsmaßnahmen

- Dieses Produkt darf nur wie in vorliegender Gebrauchsanweisung beschrieben angewendet werden. Jeglicher von der Gebrauchsanleitung abweichende Gebrauch liegt im eigenen Ermessen und der alleinigen Verantwortung des Behandlers.

- Tragen Sie eine Schutzbrille. Das Tragen einer Schutzbrille wird auch für den Patienten empfohlen.
- Die Kanüle ist nur für den einmaligen Gebrauch bestimmt. Nach intraoralem Gebrauch/Applikation nicht wiederverwenden, um Kreuzkontamination zu vermeiden.

2.3 Lagerungsbedingungen

Nicht adäquate Lagerungsbedingungen können die Haltbarkeitsdauer des Produktes herabsetzen und zum Versagen des Produktes führen.

- Lagerung bei Temperaturen zwischen +4 °C und +28 °C.
- Von Sonnenlicht fernhalten.
- Nicht nach dem Verfallsdatum verwenden.

Alle Produkte sollten bei Raumtemperatur angewendet werden. Wurde das Produkt im Kühlschrank gelagert, achten Sie auf eine ausreichende Aufwärmzeit.

2.4 Nebenwirkungen

- Keine bekannt

3 Schritt für Schritt Gebrauchsanweisung

3.1 Applikation von AIRBLOCK

1. Entfernen Sie die Kappe von der Spritze.
2. Befestigen Sie eine neue Kanüle.
3. AIRBLOCK aus der Applikationskanüle auf die abzudeckende Oberfläche tropfen lassen.
4. Lichthärtende Komposite durch das Gel hindurch mit einem Lichthärtegerät aushärten. Bei selbsthärtenden Produkten Gel bis zum Ende der Abbindezeit belassen.
5. Nach der Polymerisation des Komposits AIRBLOCK mit Luft-Wasser-Spray und Absaugung entfernen.
6. Nach dem Gebrauch entsorgen Sie die Applikationskanüle.
7. Entfernen Sie die Schutzhülle und/oder desinfizieren Sie die Spritze.
8. Verschließen Sie die Spritze mit der Kappe.

4 Hygiene

Um eine Kontamination der AIRBLOCK Spritze mit Spritzern oder Spray von Körperflüssigkeiten oder durch kontaminierte Hände oder Weichgewebe zu verhindern, verwenden Sie eine Schutzhülle. Wiederholte Desinfektion kann das Etikett beschädigen. Versuchen Sie nicht, die Applikationskanüle zu reinigen, desinfizieren oder wieder zu verwenden. Die Applikationskanülen müssen entsprechend entsorgt werden.

Die Kunststoffkänülen dürfen nicht gereinigt, desinfiziert oder wieder verwendet werden. Entsorgen Sie gebrauchte Kunststoffkanülen ordnungsgemäß.

Entsorgung des Produktes nach lokalen Bestimmungen.

5 Chargennummer (LOT) und Verfallsdatum ( )

1. Nicht nach Ablauf des Verfallsdatums verwenden. Angegeben nach ISO Standard: „JJJJ/MM“.
2. Bei Schriftwechsel sollten die folgenden Nummern angegeben werden:
   - Bestellnummer
   - Chargennummer
   - Verfallsdatum

© DENTSPLY 2009-03-17

AIRBLOCK™

Gel prévenant la formation d'une couche superficielle inhibée par l'oxygène

Avertissement : Réservé à l'usage dentaire

1 Descriptif du produit

AIRBLOCK™ est un gel conduisant la lumière mais imperméable à l'air. Il permet la polymérisation totale du matériau composite jusqu'à sa surface. Ainsi AIRBLOCK optimise la qualité de surface et simplifie le travail de finition.

Lors de la polymérisation des composites, les surfaces non recouvertes par des matrices et par conséquent au contact de l'oxygène présentent une couche non polymérisée de matériau. Il est possible de prévenir ou d'atténuer la formation de cette pellicule dite "couche inhibée par l'oxygène" par l'application d'AIRBLOCK.

1.1 Conditionnements

AIRBLOCK est disponible en seringues à embouts usage unique de type LuerLock.

1.2 Composition

- Glycérine
- Oxyde de silicium hautement dispersé
- Copolymère de glycol et de diméthyle siloxane

1.3 Indications

- Prévention et atténuation de la couche inhibée par l'oxygène à la surface des restaurations directes en composite, des résines de scellement des fissures
- Prévention et atténuation de la couche inhibée par l'oxygène à la surface des marges de restaurations indirectes

1.4 Contre-indication

- Aucune

2 Remarques générales relatives à la sécurité

Veuillez prendre connaissance des mentions générales relatives à la sécurité ci-dessous, ainsi que des mentions spécifiques relatives à la sécurité dans les chapitres suivants de ce mode d'emploi.

2.1 Mises en garde

- Eviter tout contact avec les yeux. En cas de contact accidentel avec les yeux, rincer immédiatement à grande eau.
- Le gel AIRBLOCK doit s'extruder facilement : NE PAS EXERCER DE PRESSION EXCESSIVE.
- Après chaque utilisation, reboucher soigneusement la seringue avec le capuchon AIRBLOCK d'origine afin d'éviter l'évaporation.
- Jeter l'embout de type LuerLock après usage, car il peut s'obstruer si du gel sèche à l'intérieur.
- S'assurer que l'embout de type LuerLock est parfaitement fixé à la seringue avant application d'AIRBLOCK.

2.2 Précautions d'emploi

- Ce produit ne doit être utilisé que dans la cadre défini par le mode d'emploi. Toute utilisation de ce produit en contradiction avec le mode d'emploi est à l'appréciation et sous l'unique responsabilité du praticien.

- Porter des lunettes de protection. L'usage de lunettes de protection est également recommandé pour les patients.
- L'embout de type LuerLock est à usage unique. Ne pas réutiliser après application en bouche afin d'éviter les contaminations croisées. Mettre au rebut après usage.

2.3 Conservation

Des conditions de stockage inappropriées abrègeront la durée de conservation et seront susceptibles de produire un dysfonctionnement des produits.

- Conserver à des températures comprises entre +4 °C et +28 °C.
- Tenir le produit à l'abri des rayons directs du soleil.
- Ne pas utiliser au-delà de la date de péremption.

Tous les produits s'utilisent à température ambiante. Laisser au produit suffisamment de temps pour se réchauffer s'il était stocké au réfrigérateur.

2.4 Réactions indésirables

- Aucune connue

3 Instructions étape-par-étape

3.1 Application d'AIRBLOCK

1. Retirer le capuchon de la seringue.
2. Fixer un embout neuf de type LuerLock sur la seringue.
3. Extruder goutte-à-goutte AIRBLOCK de la seringue d'application, sur la surface à traiter contre la couche inhibée par l'oxygène.
4. Photopolymériser le composite à travers le gel à l'aide d'une lampe à photopolymériser à usage dentaire. Si des produits auto-polymérisants sont utilisés, laisser le gel sur la surface jusqu'à ce que le matériau ait pris.
5. Une fois le composite polymérisé, éliminer le gel à l'aide par aspiration ou avec un spray air-eau.
6. Mettre au rebut l'embout de type LuerLock à l'issue du traitement.
7. Retirer la barrière protectrice et/ou désinfecter la seringue.
8. Reboucher la seringue avec son capuchon.

4 Hygiène

Afin d'éviter la contamination des seringues d'AIRBLOCK exposées à des projections ou à des jets de liquides organiques ou qui ont été touchées par des mains ou des tissus buccaux contaminés, il est recommandé d'utiliser des protections. Une désinfection répétée peut endommager les étiquettes. Ne pas nettoyer, désinfecter ou réutiliser les canules plastique d'application LuerLock. Les canules plastique d'application LuerLock doivent être mises au rebut de façon appropriée.

Ne pas nettoyer, désinfecter ou réutiliser les canules plastique d'application.
Les canules plastique d'application doivent être mises au rebut de façon appropriée.

Mettre le produit au rebut selon les réglementations locales en vigueur.

5 Numéro de lot (LOT) et date de péremption ( )

1. Ne pas utiliser après la date de péremption. Le format standard ISO est utilisé : « AAAA/MM ».
2. Les références suivantes doivent être citées dans chaque correspondance:
   - Code article
   - Numéro de lot
   - Date de péremption

© DENTSPLY 2009-03-17

AIRBLOCK™

Gel per prevenire la formazione di uno strato di ossigeno

Attenzione: Esclusivamente per uso odontoiatrico.

1 Descrizione di prodotto

AIRBLOCK™ è un gel impermeabile all'aria ma che garantisce la trasmissione di luce. Permette quindi la completa polimerizzazione dei materiali compositi anche nello strato più superficiale. Pertanto il gel AIRBLOCK migliora la qualità di superficie del restauro e semplifica le procedure di rifinitura.

Quando vengono polimerizzati i materiali compositi, uno strato di materiale non polimerizzato rimane nelle superfici che non sono coperte da matrici e quindi entra in contatto con l'ossigeno. Questo effetto, che viene normalmente indicato come strato inibito da ossigeno, può essere prevenuto o ridotto mediante l'applicazione del gel AIRBLOCK.

1.1 Confezionamento

AIRBLOCK è disponibile in Siringhe con puntali applicatori LuerLock.

1.2 Composizione

- Glicerina
- Diossido di silicone altamente disperso
- Surfattante (Copoliol dimeticone)

1.3 Indicazioni d'uso

- Prevenzione o riduzione dello strato inibito da ossigeno sulle superfici dei restauri in composito o sulle sigillature.
- Prevenzione o riduzione dello strato inibito da ossigeno sulle superfici dei margini di restauri indiretti.

1.4 Controindicazioni

- Nessuna

2 Note di sicurezza generale

Prestare attenzione alle seguenti note di sicurezza generale e alle note speciali di sicurezza in altri capitoli di queste istruzioni d'uso.

2.1 Avvertenze

- Evitare il contatto con gli occhi. Se dovesse verificarsi un accidentale contatto con gli occhi, risciacquare immediatamente con abbondante acqua.
- AIRBLOCK gel dovrebbe estrudersi facilmente: NON ESERCITARE UNA PRESSIONE ECCESSIVA.
- Richiudere accuratamente l'originale cappuccio di AIRBLOCK dopo ogni utilizzo per evitarne l'evaporazione.
- Rimuovere il puntale applicatore LuerLock dopo l'uso in quanto eventuali residui di gel potrebbero solidificare al suo interno.
- Assicurarsi che il puntale applicatore LuerLock sia ermeticamente fissato alla siringa prima dell'applicazione di AIRBLOCK.

2.2 Precauzioni

- L'utilizzo di questo prodotto è subordinato a quanto specificatamente espresso nelle Istruzioni d'uso. Ogni utilizzo del prodotto non conforme alle Istruzioni d'uso è a discrezione e sola responsabilità del medico dentista/odontoiatra.

- Indossare occhiali protettivi. L'uso di occhiali protettivi è altresì raccomandato per i pazienti.
- Il puntale applicatore LuerLock è mono-uso. Per evitare la trasmissione di infezioni non riutilizzare dopo l'applicazione intraorale.

2.3 Condizioni di conservazione

Inadeguate condizioni di conservazione possono ridurre la vita del prodotto e indurre un malfunzionamento dello stesso.

- Conservare a temperature comprese tra +4 °C e +28 °C.
- Tenere il prodotto al riparo dalla luce solare.
- Non utilizzare oltre la data di scadenza.

Tutti i prodotti dovrebbero essere utilizzati a temperatura ambiente. Riportare il materiale a temperatura ambiente qualora lo stesso venga conservato in frigorifero.

2.4 Reazioni Avverse

- Nessuna conosciuta

3 Istruzioni d'uso

3.1 Applicazione di AIRBLOCK

1. Rimuovere il tappo dalla siringa.
2. Inserire un puntale applicatore LuerLock nuovo.
3. Far fuoriuscire AIRBLOCK dalla siringa applicatrice sulla superficie dove si vuole prevenire lo strato inibito da ossigeno.
4. Polimerizzare il materiale composito attraverso il gel utilizzando una lampada fotopolimerizzatrice.
5. Dopo la polimerizzazione del composito rimuovere il gel mediante spray aria-acqua.
6. Dopo l'utilizzo rimuovere il puntale applicatore LuerLock.
7. Rimuovere la guaina protettiva o disinfettare la siringa.
8. Richiudere la siringa con il tappo.

4 Norme d'Igiene

E' raccomandato l'utilizzo di una guaina protettiva per evitare che le siringhe di AIRBLOCK vengano esposte a schizzi o spruzzi di fluidi orali o alla contaminazione delle mani e dei tessuti orali. Ripetute disinfezioni possono danneggiare l'etichetta. Non riutilizzare il puntale applicatore LuerLock anche dopo detersione o disinfezione. Smaltire correttamente i puntali applicatori LuerLock usati.

Non pulire, disinfettare o riutilizzare le cannule applicatrici in plastica.
Smaltire in maniera adeguata le cannule applicatrici in plastica usate.

Smaltire il prodotto in conformità alle regolamentazioni locali.

5 Numero di lotto (LOT) e data di scadenza ( )

1. Non utilizzare il prodotto dopo la data di scadenza.
   Lo standard ISO prevede l'indicazione di: "AAAA/MM".
2. I numeri sottoindicati dovranno essere menzionati in tutte le comunicazioni:
   - Codice del prodotto
   - Numero di lotto produttivo
   - Data di scadenza

© DENTSPLY 2009-03-17

AIRBLOCK™

Gel para prevenir la capa inhibida por oxígeno

Advertencia: Solo para uso dental.

1 Descripción del producto

AIRBLOCK™ es un gel que transmite la luz pero es impermeable al paso del aire. Esto permite la completa polimerización del composite incluyendo la capa superficial. Por tanto AIRBLOCK mejora la calidad superficial y simplifica el proceso de acabado.

Cuando se polimeriza el composite permanece una capa de material no polimerizado en aquellas superficies que no están cubiertas por las matrices y por lo tanto tienen contacto con el oxígeno. Esta capa, llamada capa inhibida por el oxígeno puede prevenirse o reducirse con la aplicación de AIRBLOCK.

1.1 Formas de presentación

AIRBLOCK está disponible en Jeringas con puntas desechables de aplicación LuerLock.

1.2 Composición

- Glicerina
- Dióxido de silicona altamente dispersa
- Surfactante (dimethicone copolyol)

1.3 Indicaciones de uso

- Para la prevención o reducción de la capa inhibida por el oxígeno en las superficies de las restauraciones directas de composite y selladores de fisura.
- Para la prevención o reducción de la capa inhibida por el oxígeno en la superficie de los márgenes de las restauraciones indirectas.

1.4 Contraindicaciones

- Ninguna

2 Notas generales de seguridad

Preste atención a las siguientes normas generales de seguridad y a las notas específicas que encontrará en otros apartados de estas indicaciones de uso.

2.1 Advertencias

- Evite el contacto con los ojos. En caso de contacto accidental con los ojos, lave con abundante agua.
- AIRBLOCK debe salir suavemente: NO APLIQUE FUERZA EXCESIVA.
- Cierre fuertemente la tapa original de AIRBLOCK después de cada uso para evitar la evaporación.
- Deseche la punta de aplicación LuerLock después de su uso ya que la misma puede obstruirse si el gel se seca en su interior.
- Asegúrese que la punta de aplicación LuerLock está bien sujeta a la jeringa antes de la aplicación de AIRBLOCK.

2.2 Precauciones

- Este producto está indicado para ser usado según las indicaciones de uso. Cualquier uso que discrepe de estas Indicaciones de Uso será bajo criterio y responsabilidad del profesional.

- Utilice gafas de protección. El uso de las mismas por parte del paciente es recomendable.
- La punta de aplicación LuerLock es desechable. No reutilice después de la aplicación intra-oral para prevenir contaminación cruzada.

2.3 Condiciones de almacenamiento

Unas condiciones inadecuadas de almacenamiento pueden acortar la vida media del producto o producir su mal funcionamiento.

- Almacene a una temperatura entre +4 °C y +28 °C.
- Proteja el producto de la luz solar.
- No utilice después de la fecha de vencimiento.

Todos los productos deben ser usados a temperatura ambiente. Permita que el producto alcance la temperatura adecuada si ha estado en el frigorífico.

2.4 Reacciones adversas

- Ninguna conocida

3 Instrucciones paso a paso

3.1 Aplicación de AIRBLOCK

1. Retire la tapa de la jeringa.
2. Coloque una nueva punta de aplicación.
3. Dispense el AIRBLOCK directamente desde la jeringa en la superficie a tratar.
4. Polimerice el composite utilizando una lámpara de polimerización dental. En caso de productos de auto-curado deje el gel en la superficie hasta que haya fraguado.
5. Después de polimerizar elimine el gel con un spray de aire/agua.
6. Después del tratamiento deseche la punta de aplicación LuerLock.
7. Retire la barrera de protección o desinfecte la jeringa.
8. Cierre la jeringa con la tapa.

4 Higiene

Para prevenir la contaminación de la jeringa, con saliva, fluidos o con las manos, se debe utilizar una barrera de protección. La desinfección continua de la jeringa puede dañar la etiqueta. No intente limpiar, desinfectar o reutilizar las puntas de aplicación LuerLock. Deseche la misma de la manera adecuada.

No limpie, desinfecte o reutilice la cánula de aplicación.
Deseche de manera adecuada las cánulas de aplicación.

Deseche el producto de acuerdo a las regulaciones nacionales/locales.

5 Numero de lote (LOT) y fecha de caducidad ( )

1. No utilice después de la fecha de vencimiento. Nomenclatura usada de la ISO: “AAAA/MM”.
2. Los siguientes números deben ser referenciados en toda la correspondencia:
   - Número de Referencia
   - Número de lote
   - Fecha de vencimiento

© DENTSPLY 2009-03-17

If you have any questions, please contact.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Pour plus de renseignements, veuillez contacter.

Per qualsiasi ulteriore informazione, contattare.

Si tiene alguna pregunta, por favor contacte con.

Если у Вас есть вопросы, пожалуйста, обращайтесь.

Se desejar mais informação, é favor contactar.

Om du har några frågor, vänligen kontakta.

Gelieve voor al uw vragen contact op te nemen met.

W razie pytań prosimy o bezpośredni kontakt.

Hvis De har spørgsmål, kontakt da venligst.

Για οποιεσδήποτε ερωτήσεις παρακαλούμε απευθυνθείτε.

Máte-li jakékoli dotazy, prosím kontaktujte.

Ak máte akékolvek otázky, prosím kontaktujte.

Kérdésével kérjük forduljon az alábbi cimekhez.

Sorunuz varsa, lütfen diş hekiminizle temasa geçiniz.

Scientific Service:

DENTSPLY DeTrey GmbH
Phone: +49 7531 583-333
E-mail: hotline@dentsply.de

Manufacturer ( ):

DENTSPLY DeTrey GmbH
De-Trey-Str. 1
78467 Konstanz
GERMANY
Tel. (0 75 31) 5 83-0

Distributor:

DENTSPLY Limited
Building 1
Aviator Park, Station Road
Addlestone, KT15 2PG
GREAT BRITAIN
Phone (0 19 32) 85 34 22

Distributeur:

DENTSPLY France
Z.A. du Pas du Lac
4, rue M. Faraday
78180 Montigny-le-Bretonneux
FRANCE
Tél. 01 30 14 77 77

Distributore:

DENTSPLY Italia S.r.l.
Via Curtatone nr 3
00185 Roma
ITALIA
Tel. 06 72 64 03-1

Manufactured by

DENTSPLY DeTrey GmbH
De-Trey-Str. 1
78467 Konstanz
GERMANY
Phone +49 (0) 75 31 5 83-0
www.dentsply.de